

Gliwice dn. 7.02.2025 r.
Nr sprawy: DZ/DT-381-9-1/25

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-9/25 z dnia 05.02.2025 r. dot. usługi wzorcowanie/kalibracji wyposażenia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy wzorcowanie ma zostać wykonana w zakresie akredytacji?

Dot. pozycji:

Zadanie 8 - WZORCOWANIE TEMOMETRÓW dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej,

Zadanie 9 - WZORCOWANIE TEMOMETRÓW dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,

Zadanie 10 - WZORCOWANIE TERMOHIGROMETRÓW dla Przychodni Przyklinicznej,

Zadanie 11 - WZORCOWANIE CZUJNIKÓW TEMPERATUROWYCH W ZAMRAŻARKACH NISKOTEMPERATUROWYCH, ZAMRAŻARKACH I LODÓWCE dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej,

Zadanie 12 - WZORCOWANIE CZUJNIKÓW TEMPERATUROWYCH W ZAMRAŻARKACH NISKOTEMPERATUROWYCH dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacjach Asortymentowo-Cenowych określił punkty pomiarowe, w których należy wykonać wzorcowanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zadań nr 8,9,10 i 12 wymaga, aby Wykonawca posiadania akredytacji PCA w zakresie umożliwiającym wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy oraz aktualnego, ważnego przez cały okres trwania umowy certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jednocześnie Zamawiający zaktualizował wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej dla zadania nr 8 o punkt nr 6 tj. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania akredytacji PCA w zakresie umożliwiającym wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy oraz aktualnego, ważnego przez cały okres trwania umowy certyfikatu akredytacji laboratorium wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji (zaktualizowany SAC w załączeniu).

Pytanie 2:

Proszę podać temperatury wzorcowania dla: ZAD 9

Odpowiedź:

Zamawiający zaktualizował Specyfikację Asortymentowo-Cenową o temperatury wzorcowania (zaktualizowany SAC w załączeniu).

Pytanie 3:

Punkty wzorcowania temperatura-wilgotność dla: ZAD 10

Odpowiedź:

Zamawiający zaktualizował Specyfikację Asortymentowo-Cenową o temperatury wzorcowania (zaktualizowany SAC w załączeniu).

Pytanie 4:

Ile temperatur ma być wzorcowanych w: ZAD 12

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzorcowanie winno zostać wykonane w 3 punktach. Zamawiający zaktualizował Specyfikację Asortymentowo-Cenową o temperatury wzorcowania (zaktualizowany SAC w załączeniu).

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych

mgr Paweł Ficek

mgr Aleksandra Brodowicz

SPRACOWNIA
ds. inwestycji
**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028