

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DA/DT-381-11/25 z dnia 05.02.2025 r. dot. dostawy 1 szt. butli z wodorem 6,0 dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

W związku z złożonym zapytaniem odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza Gaz Wodór klasy czystości 4.0 ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem Zamawiający wymaga dostawy butli napełnionej wodorem klasy czystości 6,0, gaz ten jest wykorzystywany w źródle jonów cyklotronu i zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia należy stosować wyłącznie wodór o czystości 6.0.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

SEKCYJA
Sekcji Głównych i Specjalistycznych
inż. Piotr Wąsik

SEKCYJA
Działu Materiał i Składowo Technicznych
mgr Artur Flork

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028