

Parametry techniczne – drukarka do szkiełek mikroskopowych

Lp.	Parametry wymagane	Wartość wymagana	Parametr oferowany
Informacje ogólne			
1.	Producent/kraj	TAK, podać	
2.	Model/Typ	TAK, podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego	TAK, podać	
4.	Oznakowanie znakiem CE – deklaracja zgodności lub certyfikat CE (dołączyć do oferty)	TAK	
Parametry podstawowe			
5.	Drukarka do bezpośredniego nadruku na polu opisowym (lakierowanym) standardowego szkiełka mikroskopowego podstawowego	TAK	
6.	Obsługa szkiełek mikroskopowych dostępnych producentów o wymiarach zgodnych z normą DIN ISO 8037-1 oraz szkiełek 25x75x1mm	TAK	
7.	Brak wymogu szlifowanych brzegów oraz ściętych narożników szkiełka mikroskopowego	TAK	
8.	Możliwość nadruku na szkiełkach podstawowych z naklejonym szkiełkiem nakrywkowym	TAK	
9.	Automatyczny podajnik szkiełek mikroskopowych na min. 70 szkiełek	TAK	
10.	System odbioru nadrukowanych szkiełek o pojemności min. 10 szkiełek	TAK	
11.	Technologia nadruku: laserowa lub termo transferowa monochromatyczna	TAK	
12.	Rozdzielczość nadruku: minimum 300 dpi	TAK	
13.	Czas druku pojedynczego szkiełka: nie więcej niż 5 sek	TAK	
14.	Wysoka odporność na odczynniki stosowane w procesie przeprowadzania materiału (etanol 0-100%, ksylen, eter etylowy, wodne roztwory barwników)	TAK	
15.	Rodzaj obsługiwanych wydruków: alfanumeryczne z obsługą polskich znaków diakrytycznych, kody kreskowe 1D , 2D, {Data Matrix, QR-Code, Code128}, bitmapy	TAK	
16.	Żywotność kalki drukującej (przy wydruku termo transferowym) minimum 8 tys. szkiełek	TAK	
17.	Wbudowany czytnik kodów kreskowych do skanowania oznaczeń z bloczka parafinowego	TAK	
18.	Gniazdo interfejsów (minimalnie): 2x USB, 1x Ethernet, Możliwość podłączenia zewnętrznego skanera kodów	TAK	
19.	Wymiary umożliwiające indywidualne wykorzystanie przy każdym stanowisku mikrotomowym: Szerokość nie więcej niż 15cm	TAK	

	Głębokość nie więcej niż 30cm Wysokość nie więcej niż 30cm		
20.	Integracja z istniejącym systemem informatycznym zamawiającego patARCH firmy MedLAN	TAK	
21.	Sterowanie drukarki z dowolnego komputera PC	TAK	
22.	Dedykowane oprogramowanie do obsługi drukarki (sterowniki kompatybilne z systemem MS Windows 10 i 11)	TAK	
23.	Możliwość pracy autonomicznej obejmującej następujące funkcje: graficzny interfejs użytkownika kopiowanie numeracji zeskanowanej z boczka, autoinkrementacja, szablony, Definiowanie wyglądu etykiet	TAK	
24.	Zasilanie: 230V- 50/60Hz	TAK	
25.	Okablowanie - komplet	TAK	
Gwarancja i serwis			
26.	Gwarancja 24 miesiące	TAK	
27.	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu	TAK	
28.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, oraz w języku angielskim – jeśli posiada	TAK	
29.	Kompletny montaż, uruchomienie urządzenia oraz integracja z systemem informatycznym w siedzibie zamawiającego	TAK	
30.	Szkolenie użytkowników z obsługi i konserwacji urządzenia	TAK	
31.	W trakcie trwania umowy wykonawca zapewni zamawiającemu wsparcie merytoryczne w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem, lub obsługą	TAK	

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

inż. Weronika Smolarz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do udziału w zapytaniu cenowym, którego celem jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia **dot. dostawy drukarki do szkiełek mikroskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach**, działając w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507):

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dnia _____

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Załącznik nr 3 do pisma nr DZ/AM-231-15/25

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ
W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028