

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-15/25 z dnia 17.02.2025r. **na dostawę drukarki do szkiełek mikroskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.**

W związku ze złożonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji odnośnie wyżej wymienionego zapytania ofertowego, przekazujemy Państwu treść pytań, jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Drukarka do szkiełek mikroskopowych, punkt 17 wymaganych parametrów technicznych. Ze względu na wymóg Integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym patARCH firmy MedLAN oraz sterowaniem drukarki z dowolnego komputera PC (punkt 20, 21) prosimy o dopuszczenie drukarki bez wbudowanego skanera. W przypadku integracji z systemem informatycznym skaner musi być podłączony do komputera, a nie do drukarki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie drukarki bez wbudowanego skanera.

Pytanie 2

Drukarka do szkiełek mikroskopowych, punkt 17 Prosimy o dopuszczenie drukarki z możliwością podłączenia zewnętrznego skanera poprzez komputer do którego będzie podłączona drukarka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Drukarka do szkiełek mikroskopowych, punkt 23 Prosimy o dopuszczenie drukarki z możliwością kopiowanie numeracji zeskanowanej z bloczka, autoinkrementacji, tworzenia szablonów, definiowanie wyglądu etykiet poprzez komputer do którego będzie podłączona drukarka

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Drukarka do szkiełek mikroskopowych, punkt 24 Prosimy o dopuszczenie drukarki z zasilaniem 24V poprzez zasilacz dołączony do drukarki zasilany prądem 230V- 50 Hz

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Załącznik nr 1 poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki termotransferowej z żywotność karki drukującej (przy wydruku termo transferowym) 5 tys. Szkiełek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej
mgr Weronika Smolarz