

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zapytania cenowego w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na **sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych oraz odczynników do rutynowej diagnostyki przez okres 24 miesięcy** dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej umieszczonego w dniu 18.02.2025 r. na stronie Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania przekazujemy Państwu treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytania dot. Zadania 1

Pytanie nr 1 Dot. pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 59mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki o długości 59 mm. jeżeli są one kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus o pojemności 10-100 µl. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji kompatybilności produktu z w/w modelem pipety.

Pytanie nr 2 Dot. pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 59mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki o długości 59 mm. jeżeli są one kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus o pojemności 20-200 µl. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji kompatybilności produktu z w/w modelem pipety.

Pytanie nr 3 Dot. pozycji 8

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki o długości 88 mm. jeżeli są one kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus o pojemności 100-1000 µl. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji kompatybilności produktu z w/w modelem pipety.

Pytanie nr 4 Dot. pozycji 8 (dwukrotnie wpisane to samo pytanie w pkt. 3 oraz 4)

Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki o długości 88 mm. jeżeli są one kompatybilne z pipetą Eppendorf Research Plus o pojemności 100-1000 µl. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji kompatybilności produktu z w/w modelem pipety.

Pytanie nr 5 Dot. pozycji 15

Czy Zamawiający dopuści próbki pakowane po 500szt w opakowaniu i zaproponowanie taki 50 opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza próbki pakowane po 500 szt w opakowaniu jeśli spełniają pozostałe warunki specyfikacji dotyczące kształtu, czystości oraz sterylności.

Pytanie nr 6 Dot. pozycji 16

Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane po 500szt w opakowaniu i zaproponowanie taki 50 opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza próbówki pakowane po 500 szt w opakowaniu jeśli spełniają pozostałe warunki specyfikacji dotyczące kształtu, czystości oraz sterylności.

Pytanie nr 7 Dot. pozycji 17

Czy Zamawiający dopuści próbówki okrągłodenne pakowane po 500szt w opakowaniu i zaproponowanie taki 50 opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza próbówki pakowane po 500 szt w opakowaniu jeśli spełniają warunki specyfikacji dotyczące czystości oraz sterylności.

Pytanie nr 8 Dot. pozycji 18

Czy Zamawiający dopuści próbówki okrągłodenne pakowane po 500szt w opakowaniu i zaproponowanie taki 50 opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Czy pytanie na pewno dotyczy pozycji nr. 18? Zamawiana ilość to 50 op. x 100 szt, czyli 5000 szt. Państwo proponują nam 25000 szt, poza tym zamawiający nie spotkał się z okrągłodennymi próbkami TYPU EPPENDORF o pojemności 5 ml.

Pytanie nr 9 Dot. pozycji 23

Czy Zamawiający dopuści szalki pakowane po 25szt w opakowaniu i zaproponowanie takich 8 opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szalki pakowane po 25 szt. w opakowaniu.

Pytanie nr 10 Dot. pozycji 24

Czy Zamawiający dopuści szalki pakowane po 25szt w opakowaniu i zaproponowanie takich 8 opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szalki pakowane po 25 szt. w opakowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Zakładu Genetyki Klinicznej
Molekularnej

dr hab. n med. Małgorzata Ojko-Wojciechowska

MWP