

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oczyszczacz powietrza

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Czy wymagalność spełniona jest przez oferowane urządzenie tak/nie
1.	Przedmiot oferty fabrycznie nowy, rok produkcji 2024	TAK	
2.	Przenośny oczyszczacz powietrza posiadający dedykowanego pilota do obsługi zdanej.	TAK	
3.	Minimum 5 trybów pracy w tym tryb automatyczny, gdzie dobór mocy pracy oczyszczacza opiera się o poziom zanieczyszczenie PM 2,5 (pomiar w czasie rzeczywistym)	TAK	
4.	Urządzenie posiadające filtr wstępny oraz filtr HEPA: UE 13 (EN 1822 klasa H13). Możliwość czyszczenia filtra wstępnego przez personel szpitala.	TAK	
5.	Urządzenie wyposażone w wbudowaną lampę UVC o mocy minimum 18W, która eliminuje patogeny chorobotwórcze przenoszone drogą powietrzną w tym wirusy i bakterie.	TAK	
6.	Urządzenie wyposażone w czujnik pyłów zawieszonych PM 2,5	TAK	
7.	Urządzenie łączy się przez WiFi z tabletem, telefonem. Możliwość obsługi urządzenia za pośrednictwem tych nośników. Dostępną dedykowaną, bezpłatną aplikacją umożliwiającą obsługę zdalną urządzeń.	TAK	
8.	Urządzenie wyposażone w tryb pracy turbo, gdzie oczyszczane jest minimum 7,5 m3 w ciągu 1 minuty	TAK	
9.	Działanie urządzenia oparte o technologię, w której powietrze zasysane jest od góry i przechodzi przez filtry wstępne a następnie włączane jest do cylindrycznego filtra HEPA H13. Wewnątrz filtra HEPA jest umieszczona lampa UVC, która trwale oświetla całą powierzchnię filtra HEPA. Zapewnia to ciągłą i pełną dezynfekcję powierzchni filtra, niszcząc DNA i RNA wszelkich patogenów oraz zapewniając bezpieczną eksploatację i konserwację urządzenia.	TAK	
10.	Urządzenie wyposażone w wentylator odśrodkowy wytwarzający znacznie wyższe statyczne ciśnienie powietrza. Wentylator wypycha powietrze przez filtr – zamiast je zasysać.	TAK	
11.	Dezaktywacja 99,97% wirusów, bakterii i innych mikroorganizmów unoszących się w powietrzu (na wezwanie zamawiającego należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wymaganą skuteczność filtracji)	TAK	
12.	Urządzenie o wymiarach: Szerokość: do 30 cm Wysokość: do 66 cm Waga: do 10 kg	TAK	

13.	Urządzenie musi zapewniać przepływ powietrza 360° Urządzenie zasysa brudne powietrze z góry i z całego obwodu urządzenia, zasysając je pod kątem 360 stopni niezależnie od kąta ustawienia urządzenia. Wypływające czyste powietrze jest rozprowadzane równomiernie, nie powoduje przeciągu. Urządzenie szybko rozprowadza oczyszczone powietrze pod kątem 360 stopni równomiernym, skierowanym na zewnątrz ruchem „promieniowym strumieniem” równoległym do podłogi	TAK	
14.	Urządzenie wymusza toroidalną cyrkulację przepływu powietrza w całej przestrzeni	TAK	
15.	Wsparcie techniczne (serwis) dostępne na terytorium RP	TAK	
16.	Urządzenie musi umożliwić filtracje minimum 400 m3 powietrza w ciągu godziny	TAK	
17.	Żywotność filtra HEPA oraz lampy UVC minimum 5000 godzin pracy. Informacja o konieczności wymiany filtra oraz lampy wyświetlana na pulpicie urządzenia	TAK	
18.	Urządzenie zbudowane z materiałów umożliwiających dezynfekcję powierzchniową manualną oraz możliwość poddawania urządzenia dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania z wykorzystaniem nadtlenu wodoru oraz ozonu.	TAK	
19.	W okresie gwarancji obsługa serwisowa urządzeń wykonywana przez pracownika dostawcy (dojazd do zamawiającego, wymiana filtra HEPA, wymiana lampy UVC, czyszczenie filtrów wstępnych). Usługa wliczona w cenę urządzenia.	TAK	
20.	Urządzenie kompletne i gotowe do pracy, nie wymaga dodatkowego wyposażenia.	TAK	
21.	Urządzenie posiada aktualny atest PZH w zakresie stosowania urządzenia w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym między innymi w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Atest należy dołączyć do oferty.	TAK	

Z-CA KIEROWNIKA
Kliniki Transplantacji Szpiku
i Onkologii
M. Krawczyk-Kuliś
dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś

PIELEGNIARKA ODDZIAŁOWA
Kliniki Transplantacji Szpiku
i Onkologii - Oddziału Hematologii
Bożena Żyłowska
mgr Bożena Żyłowska

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

na potrzeby postępowania pn. **dostawa przenośnych oczyszczaczy powietrza - sztuk 13 dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii – oddziału Hematologii.**

(nazwa postępowania)

prowowanego przez **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach** oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507¹).

czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY.
ODDZIAŁ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO)
4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”
6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wplywu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

KIEROWNIK
Sekcji Klimatyzacji i Wentylacji
W. Klara
Wiesław Klara