

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DZ-072-32/2025 z dnia 25.02.2025 r. na sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy jednorazowych spodenek do kolonoskopii, jednorazowych koszul przedoperacyjnych/zabiegowych oraz masek chirurgicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania cenowego przekazujemy Państwu treść pytań jak i udzielone odpowiedzi.

Pakiet dot. spodenek do kolonoskopii oraz koszul przedoperacyjnych:

Pozycja. 1

Pytanie 1 - Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze 3XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprócz rozmiarów XL/XXL również rozmiar 3XL, o ile ich obwód jest zgodny z parametrami zwartymi w specyfikacji.

Pytanie 2 - Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii o obwodzie około 130 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze specyfikacją obwód powinien wynosić min. 150 cm.

Pytanie 3 - Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii zakończonych precyzyjnym cięciem laserowym, dzięki czemu się nie prują.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja. 2

Pytanie 1 - Proszę o dopuszczenie koszul dla pacjenta zakończone precyzyjnym cięciem laserowym, dzięki czemu się nie prują.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Proszę o dopuszczenie koszul dla pacjenta o parametrach zgodnych w specyfikacji w rozmiarze M/L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile proponowany rozmiar M/L spełnia wymiary określone w specyfikacji.

Pakiet dot. masek chirurgicznych

Pytanie 1 - Poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie masek o oddychalności < 40 Pa/cm². Pozostałe wymagania zgodne ze specyfikacją.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymujemy zapisy zawarte w specyfikacji.

Pytanie : 2 - Poz. 3

Proszę o dopuszczenie maski zgodnej z opisem:

PÓŁMASKA FFP2

- chroni przed stałymi i nietożnymi cząsteczkami cieczy.
- składana, idealnie wyprofilowana
- bez zaworu wydechowego,
- mocowana na gumki zakładane na uszy
- sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,
- 5-warstwowa
- filtracja powyżej 94%,
- opakowanie – 25 szt.
- zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy I
- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymujemy zapisy zawarte w specyfikacji.

KIECZYŃSKI
Działu Zapobiegawczych
i Zapobiegawczych
mgr Urszula Wojcieszek

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028