

Gliwice dn. 6.03.2025 r.
Nr sprawy: DZ/DT-381-9B-1/25

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-9B/25 z dnia 03.03.2025 r. dot. usługi wzorcowanie/kalibracji wyposażenia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy w zadaniu Nr A.6 wchodzi w grę wzorcowanie w najniższym punkcie -90 st.C zamiast -91?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wzorcowanie w punkcie -90°C zamiast -91°C. Jednocześnie Zamawiający zaktualizował Specyfikację Asortymentowo-Cenową o temperatury wzorcowania (zaktualizowany SAC w załączeniu).

Dodatkowo Zamawiający informuje, że rozszerza zakres przedmiotu zamówienia o dwa zadania i aktualny opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„1. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie nr A.1 - WZORCOWANIE METODĄ AKREDYTOWANĄ TEMOMETRU CYFROWEGO Z SONDĄ ZANURZENIOWĄ GTH 175/Pt-E PRODUKCJI PTW-FREIBURG DLA TEGO TYPU URZĄDZEŃ dla Zakładu Fizyki Medycznej,

Zadanie A.2 – KALIBRACJA LICZNIKA CZĄSTEK LASAIR III 310C dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET,

Zadanie A.3 - WZORCOWANIE TEMOMETRÓW dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej,

Zadanie A.4 - WZORCOWANIE TEMOMETRÓW dla Centrum Wsparcia badań Klinicznych,

Zadanie A.5 - WZORCOWANIE TERMOHIGROMETRÓW dla Przychodni Przyklinicznej,

Zadanie A.6 - WZORCOWANIE CZUJNIKÓW TEMPERATUROWYCH W ZAMRAŻARKACH NISKOTEMPERATUROWYCH, ZAMRAŻARKACH I LODÓWCE dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej,


Zadanie A.7 - WZORCOWANIE CZUJNIKÓW TEMPERATUROWYCH W ZAMRAŻARKACH NISKOTEMPERATUROWYCH dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej


Zadanie A.8 - WZORCOWANIE TEMOHIGROMETRÓW dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii


Zadanie A.9 - WZORCOWANIE TERMOMETRÓW ELEKTRYCZNYCH dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii”

Zamawiający udostępnia Specyfikacje Asortymentowo-Cenowe dla zadań A.8 i A.9.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 18.03.2025 r. na dzień 21.03.2025 r.

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Stosów Technicznych

inż. Paweł Ficek

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

SPECJALISTA
ds. inwestycji

mgr Aleksandra Krawczyk
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12