

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe **dot. świadczenia usług przeglądów serwisowych i usług naprawy Abatora 50 AE firmy 3M** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Świadczenie usług przeglądów serwisowych urządzenia do utylizacji tlenu etylenu firmy 3M Abatora 50 AE o numerze seryjnym 170190 obejmuje przeprowadzenie sześciu planowanych okresowych przeglądów urządzeń co 6 miesięcy w okresie 3 lat od podpisania umowy lub otrzymania zlecenia.

1.2. Świadczenie usług napraw urządzeń obejmuje wykonywanie napraw koniecznych, usuwanie usterek oraz usuwanie bieżących awarii urządzenia.

1.3. Szczegółowy zakres przeglądów serwisowych obejmuje:

- a) Sprawdzenie okablowania w panelu sterowania - luźne połączenia na listwach zaciskowych dokręcić.
- b) Zbadanie górnego uszczelnienie pokrycia czy uszczelka dokładnie przylega. Jeśli uszczelka jest uszkodzona należy wymienić uszczelkę na nową.
- c) Wymiana filtra powietrza na nowy filtr - kod producenta: 78-8078-9728-1.
- d) Sprawdzenie okablowania czy nie widać znamion przegrzania - w razie konieczności wymienić okablowanie.
- e) Sprawdzenie membran zaworów - membrany zdeformowane należy wymienić na nowe przy użyciu zestawów naprawczych – kod producenta 26-1009-9646-6 i 26-1009-9647-4.
- f) Sprawdzenie poprawności funkcjonowania abatora.
- g) Sprawdzenie temperatur katalizatora.
- h) Sprawdzenie wentylatora i pomiar przepływu powietrza.
- i) Sprawdzenie poprawności sygnalizacji pracy abatora.

1.4. Wymagania dotyczące dokumentacji.

Po wykonaniu przeglądu wykonawca wystawi:

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**



Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

- a) Protokół przeglądu określający stan techniczny urządzenia oraz zalecenia dotyczące wymiany podzespołów urządzenia.
- b) Protokół pomiarów przepływu powietrza.
- c) Protokół pomiaru temperatur katalizatora.

1.5. Wymiana części lub naprawa urządzeń.

- a) W przypadku zaleceń dotyczących wymiany podzespołów urządzenia oraz stwierdzenia awarii urządzenia Wykonawca wystawi protokół konieczności, w którym określi zakres koniecznych napraw oraz cenę za naprawy.
- b) Po akceptacji zakresu napraw lub wymiany części oraz ceny zamawiający wystawi osobne zlecenie.
- c) Po naprawie Wykonawca wystawi protokół odbioru wykonanych napraw lub wymienionych części. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za zlecenie.

1.7. Wymagania dotyczące gwarancji na przeglądy i naprawy:

- a) Udzielenie gwarancji na 12 miesięcy od daty odbioru.
- b) Udzielenie gwarancji na części minimum 12 miesięcy lub gwarancji producenta, jeżeli udziela dłuższej gwarancji.

1.8. Wymagania dotyczące ceny:

- cena powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty do wykonania usługi.

2. Kryterium: **cena - 100%**

3. Termin realizacji zamówienia: **36 miesięcy od dnia podpisania umowy/zlecenia.**

4. **Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:**


- a) **wartość netto i brutto zamówienia.**
- b) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
- c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 90 dni),
- d) gwarancja: okres gwarancji 12 miesięcy,
- e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
- f) oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy - wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.


UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507).

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

Weryfikacja powyższego odbędzie się na podstawie oświadczenia własnego Wykonawcy – **wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.**


5. **Termin złożenia oferty:** do dnia 17 marca 2025 r.
6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej: <http://www.io.gliwice.pl/Instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Świadczeń Technicznych

mgr Paweł Ficek

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2.

KIEROWNIK
Sekcji Klimatyzacji i Wentylacji

mgr Jacek Jarembach

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12